



KLOR TEST KİTİ (Toplam DPD) (CB5200)

MİKTAR	AÇIKLAMA	KOD
25 mL	*A-KLOR Reagent	*CB5200 – 01
25 mL	*B-KLOR Reagent	*CB5200 – 02
5 Gr	*C-KLOR Powder	*CB5200 – 03
1 Adet	Numune Kabı	CB5001 – N

UYARI :

Bu test kitini kullanırken laboratuvar güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

" * " işaretili ürünler sağlık açısından tehlikelidir.

Ürünlerle alakalı MSDS formlarını telefon, faks ve e-mail yolu ile talep edebilirsiniz.

 Lütfen koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanmayı unutmayınız.



KLOR ANALİZİ

1. Numune kabı ya da deney tüpüne 5 ml örnek alınır.
2. 5 damla Klor-A reagent eklenir, çalkalanır ve 1 dk beklenir.
3. 10 damla Klor-B reagent ve ¼ mikrokâşık Klor-C powder eklenir, çalkalanır ve 2 dakika beklenir.
4. Bekleme süresi sonunda renk skalasıyla karşılaştırma yapılır ve analiz sonucu ppm olarak kaydedilir.

Ölçüm Aralığı: 0,05 – 0,1 – 0,5 – 1 – 2,5 - 4 ppm